



Stanovisko výboru SLM pro jednotné posuzování nepodkročitelných minim při auditech ČIA a NASKL k vybavení mrazicím boxem

Dokument MB20101111 v.1

*Vypracovala: MUDr. Eva Žampachová, prim. MUDr. Eliška Bébrová, prim.
MUDr. Blanka Heinigová.*

*Dokument oponovaný a schválený výborem Společnosti pro lékařskou
mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne
7.11. 2010*

*Veřejně oponováno vyvěšením na webovských stránkách SLM ČLS JEP
<http://www.splm.cz/dokumenty/MB.pdf>*

*Adresáti dokumentu: MUDr. Pavla Křížová, Společnost pro epidemiologii a
mikrobiologii ČLS JEP, Ing. Petr Zdílna, Český institut pro akreditaci (ČIA),
Praha, prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. Národní autorizační středisko pro
klinické laboratoře (NASKL), Praha, prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Rada pro
akreditaci ČLS JEP.*

Stanovisko výboru SLM pro jednotné posuzování nepodkročitelných minim při auditech ČIA a NASKL k vybavení mrazicím boxem:

Pro posuzování mikrobiologických pracovišť (ČIA, NASKL) platí nepodkročitelná minima v plném rozsahu. Mikrobiologické pracoviště musí m.j. mít možnost mrazit i v - 80°C, tedy mrazák - 80°C (*nejlépe samostatný na pracovišti lékařské mikrobiologie*

nebo alespoň sdílený pro více oddělení s tím, že bude jednoznačně vyčleněný,

pokud možno uzavřený, jasně označený prostor "pro mikrobiologii", mrazák musí být na stejné adrese, tedy v budově, případně v jednom areálu, sdílení bude řádně nadefinované a popsáno).

Alternativou mrazáku na -80°C je tekutý dusík.

Pokud tato podmínka nebude splněna, bylo dohodnuto, že bude při posuzování jednotně postupováno takto:

Bude ponecháno **přechodné období** s minimálním nutným časem časem na pořízení vybavení:

Při Auditu I NASKL bude řešeno doporučením s termínem pořízení nejdéle do Auditu II NASKL, při auditu ČIA neshodou s termínem odstranění / pořízení cca do půl roku, aby to bylo reálné.