



Společnost pro lékařskou
mikrobiologii, reg.č. 82
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně,

QMPA_1.2

Název: Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie

Verze: 2

Platné od: 1.3.2013

POLITIKA KVALITY

METODICKÝ POKYN PRO AKREDITACI

SLM ČLS JEP_QMPA_1.2

(NM20100302 v.1)

-

Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie

**ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
JANA EVANGELISTY PURKYNĚ**

SPOLEČNOST LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE

Verze: 2 Výtisk č.: 1	Zpracoval: MUDr. Josef Scharfen, CSc. 12.5.2010 8:18	Kontroloval: MUDr. Eliška Běbrová	Schválil: MUDr. Josef Scharfen, CSc.	Str. 1/5 Změna str.:5
--------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------



**Společnost pro lékařskou
mikrobiologii, reg.č. 82
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně,**

QMPA_1.2

Název: Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie

Verze: 2

Platné od: 1.3.2013

Vypracoval	Kontroloval	Schválil
MUDr. Eliška Běbrová MUDr. Eva Žampachová MUDr. Blanka Heinigová.	MUDr. Josef Scharfen, CSc.	Výbor SLM ČLS JEP
		3.2.2010

Rozdělovník

Výtisk č.	Umístění	Odpovědná osoba	Podpis
1	PDF WEB SLM JEP	Eva Mrázková	
2	Archiv SLM ČLS JEP	Josef Scharfen	

Revize

Číslo revize	Datum revize	Odpovědná osoba	Podpis
1	1.3.2013	Doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc.	
2			
3			
4			
5			

Změna

Číslo revize	Typ změny na straně
1	Změna str. 5: doplněno vykazování výkonů pracoviště v odbornosti 802
2	
3	
4	
5	

Verze: 2
Výtisk č.: 1

Zpracoval:
MUDr. Josef Scharfen, CSc.
12.5.2010 8:18

Kontroloval:
MUDr. Eliška Běbrová

Schválil:
MUDr. Josef Scharfen, CSc.

Str. 2/5
Změna str.: 5



**Společnost pro lékařskou
mikrobiologii, reg.č. 82
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně,**

QMPA_1.2

Název: Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie

Verze: 2

Platné od: 1.3.2013

Název: Dokument NM20100302 v.1_Nepodkročitelná minima odborností 802, 804,805,822

Schváleno:

Základní dokument schválený výborem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 3.2.2010, Veřejně oponováno vyvěšením na webovských stránkách SLM ČLS JEP http://www.splm.cz/dokumenty/PSSLP_1.pdf

Zasláno:

Verze 1:

MUDr.Pavla Křížová, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,
Ing.Petr Zdílina, Český institut pro akreditaci (ČIA),Praha,
prof. MUDr.Antonín Jabor, CSc. Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře (NASKL), Praha,
prof.MUDr.Vladimír Palička, CSc., Rada pro akreditaci ČLS JEP.

Verze 2:

MUDr.Pavla Křížová, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,
Ing.Petr Zdílina, Český institut pro akreditaci (ČIA),Praha,
prof. MUDr.Antonín Jabor, CSc. Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře (NASKL), Praha,
prof.MUDr.Vladimír Palička, CSc., Rada pro akreditaci ČLS JEP.

Personální obsazení mikrobiologického pracoviště

a) Mikrobiolog se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie (lékař nebo bioanalytik) s úvazkem minimálně 0,8 (lze sčítat zdravotnický a školní úvazek, pokud jsou vykonávány na jednom pracovišti). Pokud je současně vedoucím pracoviště, musí mít plný úvazek 1,0

b) Další pracovník lékař nebo bioanalytik, alespoň ve specializační přípravě v oboru lékařská mikrobiologie s úvazkem minimálně 0,8

VŠ – úvazky dohromady činí úvazky, specifikované pod a) a b) minimálně 1,8 a je nezbytná přítomnost pracovníka specialisty na pracovišti po celou jeho pracovní dobu a to v řádné provozní době pracoviště. Oba pracovníci musí mít požadovanou kvalifikaci v oboru lékařská mikrobiologie a uvedený rozsah úvazků i v takzvaných integrovaných laboratořích. Pokud je součástí práce pracoviště lékařské mikrobiologie konziliární činnost s forenzní odpovědností, musí ji vykonávat lékař se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie.

Počet vysokoškoláků, nutných k zajištění práce, se odvíjí od množství vzorků a času výkonů v

Verze: 2 Výtisk č.: 1	Zpracoval: MUDr. Josef Scharfen, CSc. 12.5.2010 8:18	Kontroloval: MUDr. Eliška Bébřová	Schválil: MUDr. Josef Scharfen, CSc.	Str. 3/5 Změna str.:5
--------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------



**Společnost pro lékařskou
mikrobiologii, reg.č. 82
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně,**

QMPA_1.2

Název: Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie

Verze: 2

Platné od: 1.3.2013

sazebníku. Proto může být nezbytně nutný počet pracovníků vyšší, než uvedený

Personální obsazení antibiotického střediska (AS)

Lékař nebo jiný odborný zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékařství (nejméně 0,5 úvazku)

Lékař nebo jiný odborný zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie (nejméně 0,5 úvazku)

Nemá-li ani jeden z výše uvedených pracovníků lékařské vzdělání, musí být pro činnost AS navíc k dispozici lékař se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie nebo infekční lékařství (nejméně 0,1 úvazku), který garantuje lékařskou náplň činnosti AS

Personální zajištění činnosti AS i jeho věcné a technické vybavení musí odpovídat typu, zaměření, velikosti a struktuře zdravotnických zařízení, kterým poskytuje služby.

Minimální přístrojové vybavení

Vybavení musí odpovídat rozsahu práce a prováděným metodám lékařská mikrobiologie

- laminární box
- mrazicí box
- termostaty
- autokláv
- mikroskop pro světelnou mikroskopii
- přístroj pro hemokultivaci
- přístroj pro anaerobní kultivaci
- přístroj pro kultivaci ve zvýšené tenzi oxidu uhličitého
- přístroj pro měření denzity mikrobiálních suspenzí
- přístroj pro kvantifikaci výsledků vyšetření citlivosti na antibiotika
- přístroje pro promývání ELISA destiček
- přístroje pro vyhodnocování ELISA reakcí
- centrifugy
- mrazicí box 80 °C

Technické vybavení AS

Rutinně dostupné zázemí pracoviště lékařské mikrobiologie s personálním, věcným a technickým vybavením shodným s předešlým.

Toto pracoviště zajišťuje klinicky relevantní mikrobiologickou diagnostiku infekcí včetně vyšetření citlivosti pro oblast působnosti AS a zároveň poskytuje data pro surveillance antibiotické rezistence

Vybavení výpočetní technikou a informačními technologiemi (HW i SW)

Verze: 2 Výtisk č.: 1	Zpracoval: MUDr. Josef Scharfen, CSc. 12.5.2010 8:18	Kontroloval: MUDr. Eliška Běbrová	Schválil: MUDr. Josef Scharfen, CSc.	Str. 4/5 Změna str.:5
--------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------



**Společnost pro lékařskou
mikrobiologii, reg.č. 82
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně,**

QMPA_1.2

Název: Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie

Verze: 2

Platné od: 1.3.2013

Vykazování výkonů pracoviště v odbornosti 802 – lékařská mikrobiologie

Laboratoře splňující výše uvedené podmínky jsou oprávněny vykazovat výkony provedené v rámci léčebně preventivní péče plátcům (zdravotním pojišťovněm) nasmlouvanými kódy aktuálně platného Sazebníku zdravotních výkonů v odbornostech mikrobiologie - 802, 804, 805 a 822. Sdílené kódy těchto odborností mohou vykazovat pracoviště jiné odbornosti tak jak jsou uvedeny v revizních listech příslušných kódů pouze v případech, že se nebude jednat o výkony léčebně preventivní péče (např. vyšetření dárců). Pro provádění výkonů léčebně preventivní péče musí pracoviště bezpodmínečně splňovat výše uvedená nepodkročitelná minima.

Příloha 1: Tabulka s minimálním personálním a přístrojovým vybavením

http://www.splm.cz/dokumenty/PSSLP_tab_nepodkr_meze.pdf?utm_source=slm&utm_medium=autolinks&utm_term=tabulka+zde&utm_campaign=autolinks

Verze: 2 Výtisk č.: 1	Zpracoval: MUDr. Josef Scharfen, CSc. 12.5.2010 8:18	Kontroloval: MUDr. Eliška Běbrová	Schválil: MUDr. Josef Scharfen, CSc.	Str. 5/5 Změna str.:5
--------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------