

| | Diagnostika na bázi detekce nukleové kyseliny (např. pomocí PCR, izotermální amplifikace ad.) Zahrnuje i variantu POCT/statim (uzavřený systém) | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Detekovaná agens | pouze jedno agens v jednom testu | multiplex základní | multiplex extenzivní |
| SARS-CoV-2 | ano | ano | ano |
| virus chřipky typu A | ano | ano | ano |
| virus chřipky typu B | ano | ano | ano |
| respirační syncytiální virus RSV | ano | ano | ano |
| adenovirus | | | ano |
| metapneumovirus | | | ano |
| viry parainfluenzy 1-4 | | | ano |
| koronaviry ostatní | | | ano |
| rhinoviry | | | ano |
| případně další resp. viry | | | ano |
| <i>B. pertussis</i> | ano | dle možností kitu | dle možností kitu |
| Indikace obecně | Z diagnostického důvodu jen 1) u nemocných se závažnými příznaky respiračního onemocnění, kteří vyžadují hospitalizaci, 2) u nemocných s rizikovými faktory a s příznaky respiračního onemocnění. Při podezření na pertusi vždy podle doporučení NRL pro pertusi a difterie SZÚ. | Z diagnostického důvodu jen 1) u nemocných se závažnými příznaky respiračního onemocnění, kteří vyžadují hospitalizaci, 2) u nemocných s rizikovými faktory a s příznaky respiračního onemocnění. Při podezření na pertusi vždy podle doporučení NRL pro pertusi a difterie SZÚ. | Z diagnostického důvodu jen u nemocných se závažnými příznaky respiračního onemocnění, kteří vyžadují hospitalizaci a intenzivní péči |
| Indikace v době epidemie | V době vyhlášené epidemie je preferovanou variantou vyšetření | | |
| Poznámka | Lze vyšetřit na více agens v sekvenci za sebou, pokud není zvolena varianta "multiplex základní". V době epidemie přednostně vyšetřovat na dané agens, zodpovědné za probíhající epidemii. | | |
| Kódy k vykazování výkonu | Do 31.12.2024: výkon 82301 (nebo 82302) jen pro SARS-CoV-2, ostatní agens 82040 1x a 82041 1x; od 1.1.2025 výkon 82305 pro každé virové agens zvlášť (lze vykázat max 3x za den), pro B. pertussis 82034 1x a 82041 1x | Do 31.12.2024: výkon 82040 1x a 82036 1x; od 1.1.2025: výkon 82306 (případná detekce i B. pertussis coby součást multiplexu se ve vykazování již dále nezohledňuje) | Do 31.12.2024: výkon 82040 max 1x a 82036 max 3x; od 1.1.2025: pro otevřený systém výkon 82306 max 2x, pro uzavřený systém výkon 82036 max 4x (předmětem jednání je nový kód pro uzavřený systém) |

Kódy zdravotních výkonů:

| | |
|-------|--|
| 82301 | DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK POZITIVNÍ |
| 82302 | DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK NEGATIVNÍ |
| 82034 | IZOLACE DNA PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU |
| 82036 | AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU MULTIPLEX PCR |
| 82040 | IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU |
| 82041 | AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR) |
| 82305 | DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY PATOGENU VYVOLÁVÁJÍCÍHO RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ |
| 82306 | DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY RESPIRAČNÍCH VIRŮ METODOU MULTIPLEX PCR |