

	Diagnostika na bázi detekce nukleové kyseliny (např. pomocí PCR, izotermální amplifikace ad.) Zahrnuje i variantu POCT/statim (uzavřený systém)		
Detekovaná agens	pouze jedno agens v jednom testu	multiplex základní	multiplex extenzivní
SARS-CoV-2 virus influenzy typu A vč. případné typizace virus influenzy typu B respirační synciciální virus RSV adenovirus metapneumovirus víry parainfluenty 1-4 koronaviry ostatní rhinoviry, enteroviry bocavirus <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>C. psittaci</i> <i>Bordetella pertussis</i> , <i>B. parapertussis</i> <i>Streptococcus pyogenes</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Legionella pneumophila</i>	ano ano ano ano ano ano	kombinace jednoho či více multiplex PCR (s min. počtem 3 agens) v závislosti na epidemiologické situaci a požadavku indikujícího lékaře	kombinace jednoho či více multiplex PCR, detekující celkem minimální počet 10 agens
Indikace obecně	Diagnostika akutní respirační infekce	Diagnostika akutní respirační infekce	Diagnostika u nemocných se závažnými příznaky respiračního onemocnění, kteří vyžadují hospitalizaci a intenzivní péči, nebo jsou v riziku těžšího průběhu respiračního onemocnění (výčet rizikových diagnóz v druhé záložce)
Poznámka	Vhodné vyšetřovat v době epidemie na agens, zodpovědné za probíhající epidemii. Je přípustné kombinovat 1x s výkonem 82306 při použití v režimu, kdy se jednotlivá vyšetřovaná agens nepřekrývají anebo byl výsledek výkonu 82305 negativní při použití POCT.	Je přípustné kombinovat s výkonem 82305 při použití v režimu, kdy se jednotlivá vyšetřovaná agens nepřekrývají (tj. byl využit pro diagnostiku dalšího konkrétního agens, uvedeném v seznamu detekovaných agens) anebo byl výsledek výkonu 82305 negativní při použití POCT.	Výkon je možné vykázat 4x za týden (tj. podruhé v daném týdnu s frekvencí 2/1 den) při jeho opětovném provedení z BAL či po transplantaci
Kódy k vykázání výkonu do 31.12.2025	výkon 82305 pro každé virové agens zvlášť (lze vykázat max 3x za den), pro B. pertussis a ostatní agens 82034 1x a 82041 1x	výkon 82306 (případná detekce i B. pertussis coby součást multiplexu se ve vykazování již dále nezohledňuje)	pro otevřený systém výkon 82306 max 2x, pro uzavřený systém výkon 82036 max 4x
Kódy k vykázání výkonu od 1.1.2026	výkon 82305 1x až 3x (při kombinaci s výkonem 82306 jen 1x)	výkon 82306 1x	výkon 82306 2x

82305
82306 (do 31.12.2025)
82306 (od 1.1.2026)

DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY PATOGENU VYVOLÁVAJÍCÍHO RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ
DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY RESPIRAČNÍCH VIRŮ METODOU MULTIPLEX PCR
DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY **PATOGENŮ VYVOLÁVAJÍCÍCH RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ** METODOU MULTIPLEX PCR